

Návod na obsluhu

QM Therapy

1.5.20



QF Scan



Obsah

Obsah.....	2
1 Úvod	3
1.1 Nastavení PC.....	3
2 Funkce.....	4
3 Spuštění programu	5
3.1 Přednastavení	9
4 QF Scan	17
5 Přípravky.....	20
6 QM Therapy.....	22
7 Přehled	24
8 Graf.....	27
9 Rozšířené	28
10 Výstupy	29
11 Časování QM Therapie.....	30
12 QF Scan.....	33
13 Podklady	34
Záruční list	34

1 Úvod

Děkujeme, že jste rozhodli využívat software QM Therapy Qmtrin®

QM Therapy Qmtrin® je aplikace s externí jednotkou pro sběr dat, vyhodnocení, tvorbu přehledů a tvorbu programů pro FQ Qmtrin frekvenční generátor případně pro import do jiných programů např. Ravo Rife, Elzapp apod.

Je určen pro laboratorní účely. Nejedná se o lékařský přístroj a neslouží k léčení ani diagnostice.

QM Therapy je nutno skladovat i provozovat v čistém a suchém prostředí, při pokojové teplotě, nezakrývat. Pokud bude vystaven nízkým teplotám, je třeba nechat QM Therapy pozvolna ohřát na pokojovou teplotu. QM Therapy je nutno provozovat pouze pod dozorem a při ukončení provozu je nutno odpojit od PC.

1.1 Nastavení PC

Nastavení PC pro správné zobrazení software na PC, je nutno PC správně nastavit:

1) Nastavení / usnadnění přístupu / obrazovka / měřítko a rozložení = 100 %

2) Nastavení / usnadnění přístupu / obrazovka / rozlišení nejlépe cca 1600x900. Jedná se o přibližné hodnoty.

2 Funkce

QM Therapy provede detekci (někdo říká měření), analýzu a proceduru (terapii). QF Scan je algoritmus pro stavení frekvenčních výstupů.

Výstupem je procedura, která se provádí ihned během analýzy. Dále jsou sestaveny konkrétní frekvence, nabídnuta doporučení existujících programů z databáze a doporučení Q-Informatik případně přípravků, doplňků a další.

Lze vytvořit program (dávku), který lze spustit přímo nebo jako soubor importovat do jiných programů.

Analýza a terapie jsou strukturální na celostním principu. Řešení vychází z vazeb jednotlivých okruhů, meridiánů a čaker.

Jejím výstupem není přehled všech existujících disharmonií (nebo frekvencí), ale pouze soubor disharmonií (nebo frekvencí), které je doporučeno řešit.

Nedílnou součástí je jejich dané pořadí a časový interval.

Uloží se soubor s protokolem pro další použití.

QM Therapy - jedná se o strukturální detekci (někdo říká měření), analýzu a proceduru, která provede vyhodnocení a doporučí úpravu kmitočtových poměrů. Z tohoto důvodu je doporučeno případné opakování **s odstupem min. 3 dnů.**

Poznámka: stěžejní činnosti a hlavním místem využití přístroje QM Therapy je QF terapie (vč. výstupů a jejich využití v FQ Qmtrin Quantum Harmony) a QM terapie.

ZÍSKANÉ FREKVENCE JE VHODNÉ APLIKOVAT OPAKOVANĚ, ZVLÁŠTĚ PŘI AKUTNÍCH STAVECH.

Možnost doporučení doplňků a přípravků je pouze doplňková možnost k frekvenční terapii QF a QM (více dále v textu).

Důležité: zkušenosti, nadhled, intuici a dovednosti terapeuta nenahradí žádný přístroj. Při řešení složitějších věcí je nutno kontaktovat terapeuta, který využije komplexnější přístup k posouzení celého životního stylu klienta.


3 Spuštění programu

Před spuštěním počítače je nutno připojit externí jednotku do USB a nechat ji připojenou po celou dobu.

Program se spustí pomocí ikony. Při každém spuštění proběhne kontrola jeho autorizace. **Při prvním spuštění programu je nutno v nastavení zadat jeho autorizaci.** Heslo je na spodní straně USB externí jednotky.




Otevře se následující okno:






Pomocí tlačítka **Otevřít** se načtou data klienta, který byl již v minulosti uložen a pokud existují, data z detekce.



Pomocí tlačítka **Nový** se otevře okno pro vložení nového klienta, případně pro jeho editaci nebo import.



Pomocí tlačítka **Edit** otevře okno pro editaci klienta, případně pro jeho editaci nebo import.



Pomocí tlačítka **Smazat** se pomocí výběrového okna vybere klient, který se má smazat. **Nelze smazat aktuálně otevřeného klienta.**




Pomocí tlačítka **Konec** se provede ukončení programu.



Pomocí tlačítka **Nastavení** se otevře nové okno pro provedení mnoha přednastavení.

Pomocí tlačítka **Otevřít** se načtou data klienta, který byl již v minulosti zadán a uložen.

Nového klienta lze zadat v okně **Nový**, vepsáním národně do daných řádků. Tlačítkem **Edit** lze upravit existujícího klienta stávajícího klienta doplnit například telefon a email.




Tlačítkem **Import z 3.4** se importují národně ze starší verze.

Tlačítkem **Import z Timing** se případně importují národně ze druhého počítače, na kterém je v běhu druhá verze QM Timing.


Mezi záznamy se snadno pohybuje pomocí tabelátoru TAB.

Povinná pole jsou: *jméno, příjmení, datum narození.*

Systém využívá pro tvorbu názvu souboru s programy první písmena jména a příjmení klienta. Někdy se může stát, že např. v rodině mají dvě osoby shodná počáteční písmena.



V tomto případě lze využít okénko pro vepsání jednoho písmena, které bude použito pro odlišení názvů souborů.



Někteří uživatelé provádí detekci zvířat. Tlačítkem se přestaví systém na zvíře.

Ukládání se provádí explicitně do složky C:\QMTherapy\ QDBZ5\ a nelze ji změnit.

V případě potřeby je možno vybrat detail, který má být analyzován. Jedná se o oblasti čakr, pro představu jsou pojmenovány: **Hlava, Krk, Ruce, Hrudník, Břicho, Pánev, Nohy**. Případně lze detail dále podrobněji specifikovat v okénku **Bližší specifikace**.

Volit detail není nutno, zpravidla jsou všechny potřebné frekvence obsaženy i v celkové sestavě (Jedná se o stav jednoho kompletního systému z celostního pohledu).




zvolí se například „Hrudník“



Jako poslední lze upravit citlivost v rozsahu 10 až 100%. Jedná se o jednotky, které jsou úměrné citlivosti a tím i množství řešených detekcí.


Úprava se provádí pouze tehdy, pokud je třeba u daného klienta hodnotu upravit od přednastavené.



Jinak není nutno citlivost upravovat, je přednastavena v záložce nastavení.

3.1 Přednastavení

Pomocí tlačítka *Nastavit* se otevře okno, kde lze zadat a uložit globální nastavení.



Pokud je nutno přeměřovat ukládání výstupu do požadované složky, vepíše do lišty cesta, kde se mají ukládat programy (dávky) a protokoly zakončená lomítkem "\". Cesta nesmí obsahovat diakritiku (háčky, čárky,..) a musí existovat.

V zadaném adresáři, se automaticky vytvoří podadresář s příjmením a jménem klienta.

Pokud se mají vytvořit i v zadaném adresáři další podadresáře - *Program* a *Protocol*, kam budou ukládány jednotlivé programy (dávky) a protokoly, zaškrtně se okénko.

Vytvořit podadresář Program a Protocol = V případě přesměrování se ve složce se jménem klienta vytvoří složka Program a Protocol.

Import do RavoRife = vytvoří exportní soubor pro Ravo Rife

Import do Elzapp = vytvoří exportní soubor pro Elzapp

Programy z FQ Qmtrin = přidá na konce programu frekvencí i programy doporučené z FQ Qmtrin

Email Timing = v případě zadané e-mailové adresy se při spuštění časování v QM Timing odešle e-mail hlášení.

Pos. F,L,I,M = posice rozlišovacího písmene v souborech s programy (dávkami). Na začátku, v textu, nebo na konci zkratky ze jména.

IserťTest použije z minule = (není u všech verzí) použije v bloku zadávání vlastních přípravků (vegetotest) z minulého zadání.

Zobrazit poslední data = po spuštění programu se načtou data posledního klienta před uzavřením programu.

Ideal + Max. = Vygenerují se navíc i soubory s programy (dávkami) s frekvencemi s ideálním rozsahem a maximálním rozsahem.

Automat = po provedení QF Scan se spustí automaticky terapie QM Therapy

Bez diakritiky = Názvy souborů klienta se vytváří bez diakritiky. Vhodné v případě cizojazyčných mutací windows.

Zmenšení oken = Vhodné starých počítačů s velmi nízkým rozlišením, zpravidla není nutné využívat.

Pomalý systém PC = Vhodné starých počítačů s nízkou rychlostí, zpravidla není nutné využívat.

Proc. [%] = Zobrazí hodnotu v procentech odpovídající pořadí dané frekvence (POZOR: vliv pouze u frekvencí ne u přípravků)

Tmavý barevný motiv = ztmaví barvu pozadí ve všech oknech. Vhodnější je ponechat světlý motiv, pokud to je možné.

Protokol – přehled = bude se vytvářet a stále doplňovat přehledný protokol k danému klientovi.

Nová vrze Firmware v FQ = aktivuje se pouze, pokud je v přístroji FQ Qmtrin instalována nová verze, nebo při použití přístroje FQT Gener.



V případě, že se získané výstupy využívají v jiném zařízení než je FQ Qmtrin Quantum Harmony např. v zapperu, lze zvolit prodloužení času. Posuvníky **Plus** resp. **Export** lze přednastavit přičítání určitého počtu minut ke všem frekvencím ve všech výstupních souborech resp. jen v souborech pro export.

Citlivost - čím vyšší citlivost, tím více výsledků. Nastavuje se jako výchozí na cca 50 %, tím se získá dostatečné množství výstupu, které lze dát do optimálně dlouhé dávky.

Limit - jedná se o optické oddělení vodorovnou čarou získaných výsledků.


Velikost písma – lze změnit velikost písma. Projeví se až po restartování programu.

Tlačítka  slouží k volbě, případně přednastavení řazení programů ve výstupním souboru.

Tlačítko **X** je výchozí nastavení.

Tlačítko **[** (symbol názvu programu – dávky) znamená, že budou všechny soubory výstupních dat odděleny do samostatných programů (dávky) a budou spouštěny odděleně a samostatně.

Tlačítko **Σ** (suma) znamená, že všechny soubory výstupních dat budou v jediném program (dávce) a budou spouštěny najednou.




V dalším kroku lze zvolit **způsob detekce** – telemetricky nebo pomocí elektrody.

Pokud se zvolí způsob pomocí elektrody, je nutno držet elektrodu po celou dobu terapie v kterékoliv ruce.


Zátržítka signalizuje zobrazení Způsobu detekce i v hlavním okně. Odstraněním zátržítka se přestane v hlavním okně zobrazovat.



Tlačítko s vlaječkami slouží k výběru jazykové mutace.

Tlačítkem  **Autorizace** se provede autorizace nového programu. Autorizuje se pouze jedenkrát. Při autorizaci se otevře nové okno, kde se zadají základní údaje vlastníka a Heslem licence je číslo uvedené na spodní straně USB jednotky, která je dodána s programem.

Tlačítkem **Res** , které není zobrazeno vždy, se resetuje celý systém. Je nutno zadat však aktivační kód, který lze získat u dodavatele.

 Do okénka **COM** se zadá číslo portu, ke kterému je přiřazen přístroj FQT Qmtrin. Jinak je prázdné.

V prostřední a pravé části okna nastavení jsou přípravky a doplňky.

Zaškrtnutím příslušného okénka vybrat požadované přípravky a doplňky. Přednastavení je nutno zadat a uložit ještě před započítáním dalších kroků.

POZOR: přípravky, které se nevyužijí, se nezaškrťávají. Před použitím přípravků je nutno se nejprve proškolit v jejich užití! Školení v užití jednotlivých přípravků není součástí dokumentace QM Therapy.


DŮLEŽITÉ:

Nejdůležitějším a stěžejním výstupem jsou frekvence, přípravky jsou pouze podpůrné. Označte, prosím, pouze ty přípravky, které znáte a opravdu používáte. Přípravky, které nepoužíváte, prosím, neoznačujte, QM Therapy by je brala v úvahu a docházelo by k falešným odezvám v neprospěch ostatních složek.

**ZÍSKANÉ FREKVENCE JE VHODNÉ APLIKOVAT
OPAKOVANĚ, ZVLÁŠTĚ PŘI AKUTNÍM ZATÍŽENÍ**

Získané frekvence nejsou frekvencemi patogenů! Především se je o frekvence, které mají za cíl opravit a zharmonizovat falešné tóny v systému, aby došlo k jeho sladění. Frekvencím patogenů zpravidla předchází frekvence, které připraví systém na řešení.

Přípravky:




Info Přípravky – zobrazí informace k zadání přípravků.

Ikonky „i“ slouží pro zobrazení obsahu přípravků v jednotlivých záložkách.

Doplňky:

Doplňky další preparáty - jsou seskupeny do několika následujících tlačítek. Kliknutím na „i“ se zobrazí přehled s obsahem jednotlivých skupin.



Prázdné čtverečky symbolizují, že ve skupině není označen žádný preparát.


Jeden zaškrtnutý čtvereček symbolizuje, že ve skupině je označen alespoň jeden preparát.

Oba zaškrtnuté čtverečky symbolizují, že ve skupině jsou označeny všechny preparáty.





Kliknutím na tlačítko  se nejprve označí všechny preparáty v dané skupině a opětovným kliknutím se zruší označení všech preparátů v dané skupině bez rozklínávání a otevírání okna dané skupiny.


Po kliknutí na tlačítko s názvem skupinu se zobrazí nové okno pro výběr, nebo lze vybrat všechny položky najednou. Ikonka „i“ v jednotlivých záložkách slouží pro zobrazení obsahu přípravků.

Ve spodní části každého okna jsou nástroje pro snadnější označení nebo odznačení všech položek.



Pokud se vloží do rámečku zátržítka a klikne se na tlačítko **Označit vše a uložit**, tak se všechny položky onačí a uloží, pokud se zátržítka z rámečku odstraní a klikne se na tlačítko **Označit vše a uložit**, tak se všechny položky odznačí a uloží.






Zátěže:

Soubor zátěží poskytuje přehled o následujících oblastech:


Disharm System	hrubá disharmonie na úrovni orgánů, lymfy
Disharm Sensitiv	základní disharmonie hormonů, chemie, nervů
Disharm Aura	nejjemnější disharmonie, čakr a energií
Bakterie Aktiv	aktuální aktivní zatížení systému (neznamená nemoc)
Bakterie Pasiv	zátěž utlumená, zapouzdřená, spory, systém řeší
Bakterie Inform	zátěž v podobě informací, nebo DNA
Vir Aktiv	aktuální aktivní zatížení systému (neznamená nemoc)
Vir Pasiv	zátěž utlumená, zapouzdřená, spory, systém řeší
Vir Inform	zátěž v podobě informací, nebo DNA
Mykóza Aktiv	aktuální aktivní zatížení systému (neznamená nemoc)
Mykóza Pasiv	zátěž utlumená, zapouzdřená, spory, systém řeší
Mykóza Inform	zátěž v podobě informací, nebo DNA
Kvasinka Aktiv	aktuální aktivní zatížení systému (neznamená nemoc)
Kvasinka Pasiv	zátěž utlumená, zapouzdřená, spory, systém řeší
Kvasinka Inform	zátěž v podobě informací, nebo DNA
Parazit Aktiv	aktuální aktivní zatížení systému (neznamená nemoc)
Parazit Pasiv	zátěž utlumená, zapouzdřená, spory, systém řeší
Parazit Inform	zátěž v podobě informací, nebo DNA
Emoce základní	pudové živočišné emoce nezvládnuté, stres
Emoce nadstavba	společenské, vztahové emoce nezvládnuté, stres
Emoce umělé	převzaté, indukované, stres
Vina karmicky	zděděné karmou, přenosem DNA
Vina historicky	naučený postoj vývojem
Vina aktuální	aktuální reakce na okamžitou situaci
Smog elektro	elektro smog, vč. wifi, telefonů, televizního vysílání
Smog geo, rtg	geoanomální záření, vesmírné, ionizující záření
Smog očkův	po očkování, cizí DNA,
Energie	úroveň, ochota nebo dispozice k napojení na vesmírnou energii
Mysl	stav mysli a myšlenek. Vysoké číslo značí uvolněnou mysl, naději. Nízké číslo znamená těžké svázanou mysl až beznaděj
Aura	celkový stav aury a jejích struktur
Conect	schopnost, ochota, dispozice, nebo úroveň napojení na tvořivou energii universa
Prana	schopnost, ochota nebo dispozice čerpat pranu

4 QF Scan

Po zadání nacionále klienta se klikne na tlačítko **QF Scan**. Spustí se detekce (někdo říká měření) a analýza, na jejímž závěru je provedena QF Scan.



Získané kmitočty lze zobrazit a upravovat pro další použití pomocí tlačítka **Frekvence**. V případě vybraného detailu se zobrazí i kmitočty v daném detailu.



The screenshot shows the QF Scan software interface with three main panels:

- FQ (QM Komplex):** Displays a list of frequencies in kHz and their corresponding times in minutes. A horizontal bar on the left indicates the total time in minutes (50). Below the list are buttons for adjusting the frequency range (-3, -1, +1, +3).
- Small (QM small):** Displays a list of frequencies in Hz and their corresponding times in minutes. Below the list are buttons for adjusting the frequency range (-3, -1, +1, +3).
- Detail:** A large empty area for displaying detailed frequency information.

At the bottom of the interface, there are buttons for "Uložit" (Save), "Data z detekce ze dne: 20.01.2021" (Data from detection on: 20.01.2021), and "Max." (Maximum).


Ve sloupcích nad čarou jsou uvedeny získané kmitočty. Doplňkové kmitočty jsou uvedeny pod čarou. Čáru lze posunovat nahoru nebo dolů tlačítky **-3, -1, +1, +3** a tím rozšiřovat nebo zužovat kmitočtovou sestavu.

Tlačítkem **MAX.** se označí všechny frekvence.

Pořadí kmitočtů nelze měnit, což je důležité, protože na pořadí frekvencí záleží a QM Therapy jejich pořadí velice citlivě zvolil a navrhl.

Kliknutím na tlačítko **Přenos** se přenesou kmitočty nad čarou pro další použití.

Zvolené kmitočty se zobrazí v následující tabulce v hlavním okně.




The screenshot shows the 'FQ Qmtrin Harmonization' window. It features several input fields for 'Celk. čas' (50, 12, 48) and 'Počet nálezů' (1, 2). Below these are two tables of detection data from 20.01.2021. The 'QM Komplex' table lists frequencies in kHz and durations in minutes, while the 'QM small' table lists frequencies in Hz and durations in minutes. A 'Detail' button is visible on the right.

Frekvence: kHz	Čas: min.
558.054	3
67.539	4
395.991	4
352.325	4
274.536	5
504.485	3

Frekvence: Hz	Čas: min.
0.239	2

V horní části je vždy uveden údaj o množství nálezů a suma navržené doby. Je zobrazen i celkový čas, které soubor navržených frekvencí zabere.



This close-up shows a 'Celk. čas:' field with the value '36'. To the right, there are buttons for 'Reconnect' and 'QDetox' under the heading 'Další navržené programy z FQ Qmtrin Power:'. The 'Qmtrin:' label is positioned above the 'Reconnect' button.

Dále se zobrazí doporučené programy harmonizační z balíčku **Qmtrin** a **Power**, které mají pro celkovou terapii **stejnou váhu, jako navržené kmitočty**.

POZOR: Program z balíčku Qmtrin je dostupný pouze v přístrojích FQ Qmtrin a FQT Qmtrin. **V jiných přístrojích tyto NELZE použít.**

Jako poslední jsou zobrazena doporučená **Q-Informatika**. Mají rovněž stejnou váhu, jako navržené kmitočty a programy.




The 'Q Informatika' window displays a grid of color selection options, each with a radio button. The 'Purple' option is currently selected.

<input type="radio"/> žádné	<input type="radio"/> Red
<input type="radio"/> Orange	<input type="radio"/> Yellow
<input type="radio"/> Green	<input type="radio"/> Blue
<input type="radio"/> Violet	<input checked="" type="radio"/> Purple

Pomocí tlačítka **Freq EDIT** je zobrazeno následující okno, ve kterém lze sestavovat vlastní pořadí a vybírat frekvence z realizovaných detekcí.

DŮLEŽITÉ: Pro práci v tomto okně jsou nutné rozsáhlé znalosti frekvencí a jejich zákonitostí a souvislostí!



Sestavené programy se ukládají do shodné složky jako programy z hlavní detekce, nemají začáteční písmeno **F**, ale **L**.

V levé části se zobrazí kmitočty, požadovaný kmitočet se vybere kliknutím na kmitočet a tlačítkem **>>** se přeneso do pravého okna.

Tlačítkem **Smzat1** se zmaže poslední přenesená frekvence, tlačítkem **Smazat** se vymaže celé pravé okno.

Po sestavení kmitočtové sady se frekvence přenesou do hlavního okna na pozadí tlačítkem **Přenos**.

Tlačítkem **Relevance** / **Sekvence** se mění pořadí zobrazených frekvencí podle pořadí navrženého z QM Therapy resp. podle velikosti.

Lze načítet kmitočtové sestavy i z jiného detekce z jiného dne pomocí tlačítka **Přehled**.

5 Přípravky

Pokud byly předvoleny přípravky a pokud se objeví nějaká doporučení přípravků nebo doplňků, lze je kdykoliv zobrazit kliknutím na tlačítko.



Přípravky se zobrazí v novém okně a automaticky se vepisují i do protokolu.

QM Preparáty

Data z měření ze dne:		Q Informatika ORANGE		V		Vir Inform	
29.05.2020		JOALIS: UrinDresn		Kopřivky 87 %		87 %	
Q Informatika	97 %	ENERGY: Renol		Kalisia vonná - 81 %		Mykóza Inform 77 %	
Bylinné extrakty	87 %	Cistus		MMS ----- 81 %		Emoce umělé 77 %	
Joalis	77 %	Probiosan		Soda Bicarbona 79 %		Vir Pasiv 76 %	
Energy	47 %	Bylinné extrakty: Maca Bílá		Alergie 76 %		Bakterie Aktiv 75 %	
		Maca Černá – extrakt		Ořešák ----- 73 %		Bakterie Pasiv 74 %	
		řlý květ		Trávení 73 %		Kvasinka Pasiv 72 %	
				Colon Dophilus 72 %		Vina karmicky 66 %	
				AB- Aktiv ---- 72 %		Emoce základní 64 %	
				Plísňě den 72 %		Bakterie Inform 63 %	
				Lifetakt Super Omega 68 %		Kvasinka Aktiv 63 %	
				Plísňě noc 67 %		Smog geo,rtg 62 %	
				Kašel 65 %		Parazit Inform 61 %	
				Kurkuma----- 64 %		Smog elektro 60 %	
				Hubnutí 63 %		Disharm System 58 %	
				Křídlatka ---- 62 %		Vir Aktiv 58 %	
				Psyllium ----- 61 %		Kvasinka Inform 57 %	
				Lifetakt Protein Power 60 %		Vina historicky 55 %	
				Játra 59 %		Disharm Sensitiv 54 %	
				Lifetakt Reishi Plus 55 %		Disharm Aura 49 %	
				Lifetakt Vite Active Red 51 %		Mykóza Aktiv 47 %	
				Imunita 51 %		Parazit Aktiv 45 %	
				Peroxid vodíku-pravot 50 %		Smog očkov 45 %	
				Viróza 48 %		Mykóza Pasiv 44 %	
						Emoce nadstavba 44 %	
						Parazit Pasiv 43 %	
						Vina aktuální 43 %	

Zavřít

V levé části jsou vybrané přípravky zobrazeny pod sebou podle druhu (zpravidla výrobce) a podle jejich vhodnosti.

V druhém sloupci jsou vypsány konkrétní přípravky z vybraných druhů.

V dalším jsou seřazeny přípravky podle jejich vhodnosti. Vhodnost je vyjádřena procentuální hodnotou.

Poslední sloupec je úplný seznam zátěží s procentuálním vyjádřením jejich vlivu.

Ikonky „i“ slouží k zobrazení více informací o dané skupině.

Uvedené přípravky jsou jen formou doporučení. Dávkování a kombinace je vždy věcí terapeuta. Je nutno, aby byl terapeut v aplikaci daných přípravků proškolen.

Zvláštní kapitolu tvoří Q Informatika. Nejsou porovnávána.

Z principu své činnosti a shodné oblasti působení jako QM Therapy a FQ Qmtrin Quantum Harmony jsou vždy vhodným doplňkem k doporučeným frekvencím a programům.




6 QM Therapy

QM Therapy je kvantová metafysická procedura - terapie jako další krok v celém procesu.

Čas běhu terapie lze prodloužit tlačítkem QM T << >>, zpravidla však není nutno.

Po kliknutí na tlačítko **QM Therapy** se otevře následující okno s informací:



Po kliknutí na tlačítko OK se spustí terapie, která běží v PC. Terapii je nutno **nechat zcela doběhnout až do konce a vyčkat !** Doběhne vždy a na konci se krátce zobrazí hlášení: **Terapie skončena.**

Terapii nelze přerušit . Nechte ji zcela doběhnout, do PC nijak nezasahujte !! Pokud se klikne nebo přepne do jiného okna, okno terapie je šedé, ALE TERAPIE BĚŽÍ STÁLE NA POZADÍ AŽ DO KONCE bez přerušení. Vyčkejte, prosím.


Po dobu běhu terapie je zobrazeno okno:



Modrá stopa na postranních páskách během procedury oběhne jednou dokola.


7 Přehled

Kliknutím na tlačítko **Přehled** se zobrazí nové okno, kde jsou shrnuty získané informace za dříve uskutečněné detekce, vývoj stavu a výhled.



V liště s daty lze vybrat jedno z předchozích detekcí.

Nad lištou je zobrazena nejzatíženější čakra (nemusí se shodovat s doporučenými Q informatikou ani dalšími přípravky).



Výše název případného detailu, pokud byl zvolen a první z navržených přípravků vyjma Q Informatik.

Dále stupeň je uveden relativního rozladění jako disharmonie sloupcem a číslem, které se pohybuje nejčastěji mezi 5 až 50.

Ještě výše jsou doporučené programy z balíčku Qmtrin a z Power.

POZOR: Programy z balíčku Qmtrin lze použít pouze v přístrojích FQ Qmtrin Quantum Harmony nebo v FQT Qmtrin. Přestože jsou programy strukturovány obdobně, uvedené přístroje se přepnou do jiného módu a programy se zpracovávají zcela odlišným způsobem!

Na horním okraji je uvedeno pro představu několik prvních frekvencí a červeno žlutou barevnou škálou se symbolizuje celkový počet získaných frekvencí.


Ke zvolené detekci se v dolní části zobrazí řada informací. Zleva to jsou doporučené přípravky a jejich procentuální uspořádání.

Preparáty		Q Informatika YELLOW Následně 1 dávku PURPLE			
Q Informatika Energy	96 %	JOALIS:		Plísňě den	92 %
Joalis Bylinné extrakty	80 %	Veliendren		Plísňě noc	90 %
	68 %	ACTIV ACID		Křídlatka ----	90 %
	39 %	ENERGY:		AB- Aktiv ----	77 %
		Korolen		Trávení	77 %
		Imunosan		Lifetakt Vite Active Red	76 %
		Bylinné extrakty:		Hubnutí	70 %
		Fialový habas		Colon Dophilus	69 %
		Žlutá směs		Kurkuma-----	67 %
		Aguaje – extrakt		Kalisia vonná -	66 %
				Kašel	59 %
				Viróza	58 %
				Peroxid vodíku-pravot	58 %
				Játra	57 %
				Psyllium ----	56 %
				MMS -----	55 %
				Lifetakt Protein Power	55 %
				Lifetakt Super Omega	55 %
				Kopřivky	53 %

Dále jsou zobrazeny nejvýznamnější zátěže. V patrnost je vhodné brát pouze hodnoty vyšší než 80-90%

Zátěže:	
Emoce základní	89 %
Parazit Pasiv	85 %
Kvasinka Inform	84 %
Emoce umělé	82 %
Disharm System	81 %
Kvasinka Aktiv	75 %
Kvasinka Pasiv	74 %

Akcelerace - Schopnost a ochota systém realizovat a dosáhnout změnu (nápravu) je symbolizována prosvětlením obrazu uprostřed a číselnou hodnotou. Jedná se o extrapolovaný výsledek s ohledem na provedení všech kroků terapie, tj. QM Therapy, QF Scan - frekvenční terapie získaných kmitočtů, navržených programu z POWER a na závěr z Qmtrin pomocí přístroje FQ Qmtrin Quantum Harmony a dále využití doporučených informatik, doplňků apod.




Výsledek je předpokládáný, protože po celou dobu probíhá interakce se všednodenní realitou. To je však věcí celkového přístupu sama k sobě a ke svému životu. **Jedná se tedy o měřítko schopnosti a ochoty a schopnosti řešit.**

Zcela vpravo jsou zobrazeny čakry a jejich sled od nejzatíženější nahoře.



Informace v některých oknech lze doplnit značkou •
Značka se dodává kliknutím na řádek s danou informací. Slouží jako poznámky o realizovaných krocích apod.



Při případném zavření tohoto okna tlačítkem **Přenos** se frekvence zvolené detekce přenesou do sloupců frekvencí v hlavním okně, lze je upravovat, nebo i vytvořit dávky a protokoly, jako u nové detekce.

9 Rozšířené


Uživatel může navržené Q-Informatika editovat, dále lze na základě vlastních zkušeností vybrat další vlastní program z FQ Qmtrin Quantum Harmony v záložce **Rozšířené**.

Oba údaje se přenáší do protokolů a neovlivňují další práci programu.

Q Informatika:	Rozšíření o programy z FQ:
<input type="radio"/> žádné	<input checked="" type="radio"/> žádné
<input type="radio"/> Orange	<input type="radio"/> Imunita
<input type="radio"/> Green	<input type="radio"/> Lymfy
<input type="radio"/> Violet	<input type="radio"/> Beck
<input type="radio"/> Red	<input type="radio"/> Ledviny
<input type="radio"/> Yellow	<input type="radio"/> DrClark
<input type="radio"/> Blue	<input type="radio"/> Játra
<input checked="" type="radio"/> Purple	<input type="radio"/> Detox
<input type="checkbox"/> Následně Purple	<input type="radio"/> Qmtrin
	<input type="radio"/> Harmoniz

10 Výstupy

Na závěr provedené analýzy a terapie lze shromážděná data připravit pro další použití.



Pomocí tlačítka **Uložit** se provede export a příprava programu pro použití přímo v FQ Qmtrin Quantum Harmony a pokud bylo předvoleno současně pro import do jiných programů apod.


Export se provádí explicitně do složky C:\QMTherapy\Program\, pokud nebyla v **Nastavení** zadána jiná cesta.

Současně se sestaví získaná data do souboru, který lze použít jako protokol z aktuálního dne.

Jsou v něm zaznamenány i navržené programy z balíčků POWER a QMTRIN a navržená informatika a další.


Program a protokol se vytvoří explicitně ve složce zadané v **Nastavení**.

Uskutečněný export je signalizován zaškrtnutým políčkem. Lze provádět opakovaně vždy pro aktuálně zobrazená data. 




Tímto tlačítkem se během exportu přičte zadaná časová konstanta ke všem časovým údajům u frekvencí pouze pro aktuální detekci. Lze přednastavit defaultně v **Nastavení**.

11 Časování QM Therapie

Pomocí tlačítka  se otevře nové okno, kde lze spustit časování.

Časování v přednastaveném termínu spustí přednastavenému klientovi QM Therapii a odešla email zprávu, pokud je nastaveno.

Po celou je nutno však mít PC spuštěn a nesmí dojít k jeho automatickému vypnutí.




30.05.2020 12:30	Errorový	Středa	02.03.2004	0/4	1	
30.05.2020 14:00	neděle3	večer	07.06.2005	0	0/5	1
30.05.2020 16:30	Errorový	Středa	02.03.2004	0/4	1	
30.05.2020 20:30	Errorový	Středa	02.03.2004	0/4	1	
30.05.2020 22:50	sobota	brnošt	02.02.2002	0/12	3	
31.05.2020 0:30	Errorový	Středa	02.03.2004	0/4	1	
31.05.2020 4:30	Errorový	Středa	02.03.2004	0/4	1	
31.05.2020 8:30	Errorový	Středa	02.03.2004	0/4	1	
31.05.2020 10:50	sobota	brnošt	02.02.2002	0/12	3	
31.05.2020 12:30	Errorový	Středa	02.03.2004	0/4	1	
31.05.2020 22:50	sobota	brnošt	02.02.2002	0/12	3	
01.06.2020 10:50	sobota	brnošt	02.02.2002	0/12	3	
01.06.2020 22:50	sobota	brnošt	02.02.2002	0/12	3	
02.06.2020 10:50	sobota	brnošt	02.02.2002	0/12	3	
02.06.2020 22:50	sobota	brnošt	02.02.2002	0/12	3	

Časování je samostatná procedura a je aktivní i v případě ukončení práce a zavření okna software QM Therapy.



Pokud jsou přednastaveny záznamy s požadavky, lze časování spustit tlačítkem **Časování**.

Ukazatel u tlačítka **Časování** bliká a v přednastaveném čase se spustí QM Therapie, které je obdobná k QM terapii spuštěné v programu.


Spuštěný běh QM Therapie je signalizován následujícím oknem:




Záznamy o realizovaných terapiích se mohou ukládat v případě označení zátržítkem do souboru. Tento soubor se otevře pomocí tlačítka



Ztracená data v případě vypnutého počítače se ukládají do souboru a zobrazí se pomocí tlačítka



Pomocí tlačítka **Edit** lze provádět nastavení časování.



Pomocí tlačítka **Otevřít** se otevře dialogové okno pro zvolení klienta. Následně zvolí první den, hodna a případně opakování požadavku na terapii. Po zadání požadovaných dat se záznam uloží pomocí tlačítka **Uložit**.

Takto uložený záznam se zobrazí komplexně v levém okně.

V případě potřeby lze provést jeho editaci tlačítkem **Upravit**, nebo záznam vymazat tlačítkem **Smazat 1 záznam**.

Dále lze smazat všechny záznamy daného klienta tlačítkem **Smazat 1 klienta**, nebo smazat vše tlačítkem **Smazat vše**.

Pokud je počítač připojen k internetu a pokud je zadána e-mailová adresa, dojde k odeslání e-mail upozornění v okamžik startu přednastavené terapie.

Adresu lze vyzkoušet tlačítkem se symbolem @.

12 QF Scan

- Komplexní frekvenční analýza. Princip a postup detekce se však liší zásadním způsobem od dosud používaných metod. Shoda je v tom, že výstupem jsou konkrétní frekvence.
- QF Scan je schopen rozklíčovat strukturální vazby, souvislosti a vztahy.
- Je schopen zaznamenat odezvy živých a neživých mikroorganismů, organických a anorganických patogenů i zbylé patogenní informace a mnoho dalšího zejména „falešné tóny“ vzniklé rozdílem jiných tónů.
- **Získané frekvence nejsou frekvencemi patogenů! Především se je o frekvence, které mají za cíl opravit a zharmonizovat falešné tóny v systému, aby došlo k jeho sladění. Frekvencím patogenů zpravidla předchází frekvence, které připraví systém na řešení.**
- **QF Scan probíhá na dálku bezkontaktně.**
- Komplexní frekvenční analýza probíhá vždy v celém kmitočtovém spektru, čímž je zajištěn celostní přístup a především správné pořadí použití kmitočtových odezev.
- Výstupy jsou konkrétní frekvence.
- Vlastní skenování QF Scan probíhá zlomek sekundy. Stejně jako dirigent je schopen ihned při prvních tónech symfonie rozpoznat třeba i jediný falešný tón kteréhokoliv nástroje nebo hudebníka, i kdyby byl orchestr sebevětším tělesem, dovede QF Scan již ve zlomcích sekundy rozpoznat falešné a neharmonické tóny, ať leží v kterékoliv části frekvenčního spektra a ať mají jakoukoliv podstatu a příčinu. Během detekce dělá každý hudebník hypotetického orchestru to, co je pro něho všední a běžné, tím je eliminován stres a zkreslení, které jinak nastává. Seběmenší nesoulad a disharmonie je natolik vyčnívající z harmonického souladu, že ji QF Scan nepřehlédne.
- Zjištěný falešný a neharmonický tón nebo tóny jsou analyzovány. Na základě výsledků a jejich zpracování je připravena a následně generována frekvence, která má za cíl sladit falešné a disharmonické tóny. Konkrétní kroky a frekvence k řešení se liší případ od případu a vždy zohledňují strukturální vazby, souvislosti, vztahy, čakry, meridiány... Může to být například frekvence konkrétního patogenu, nebo frekvence upravující a posilující činnosti některého orgánu, nebo frekvence na sladění jednotlivých okruhů nebo složek.

13 Podklady

QM Tronic, s.r.o

Mistrovice 62

561 64 Jablonné nad Orlicí

IČO: 28792378

DIČ: CZ28792378

Tel.: +420 469 81 31 24

GSM.: +420 602 62 42 55

qmtronic@qmtronic.cz

www.qmtronic.cz



Záruční list

Na elektronickou funkci přístroje QM Therapy se vztahuje záruka 24 měsíců od dne předání. Záruční lhůta se nevztahuje na vady způsobené nesprávným používáním, opotřebením provozem, mechanická poškození, reinstalaci operačního systému, nebo jiné změny provedené v PC. Otevřením přístroje dochází ke ztrátě záruky.

Datum prodeje:

Podpis prodejce: